

نتایج آزمون بیولوژیک مخصوص سیکل‌های حاوی ایمپلنت								
ایمپلنت	نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی		زمان تحویل‌گیری	زمان تحویل‌دهی به OR	نوع تحویل‌دهی	نام بیمار	نام پزشک	
					عادی ☐ اورژانسی ☐			
بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر	
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور		کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	لیبل اندیکاتور		اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵			کاربر
			محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ پیش‌رونده			

ایمپلنت	نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی		زمان تحویل‌گیری	زمان تحویل‌دهی به OR	نوع تحویل‌دهی	نام بیمار	نام پزشک	
					عادی ☐ اورژانسی ☐			
بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر	
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور		کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	لیبل اندیکاتور		اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵			کاربر
			محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ پیش‌رونده			

ایمپلنت	نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی		زمان تحویل‌گیری	زمان تحویل‌دهی به OR	نوع تحویل‌دهی	نام بیمار	نام پزشک	
					عادی ☐ اورژانسی ☐			
بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر	
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور		کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	لیبل اندیکاتور		اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵			کاربر
			محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ پیش‌رونده			

ایمپلنت	نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی		زمان تحویل‌گیری	زمان تحویل‌دهی به OR	نوع تحویل‌دهی	نام بیمار	نام پزشک	
					عادی ☐ اورژانسی ☐			
بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر	
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور		کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	لیبل اندیکاتور		اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵			کاربر
			محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ پیش‌رونده			

نتایج آزمون بیولوژیک مخصوص سیکل‌های حاوی ایمپلنت								
ایمپلنت	نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی		زمان تحویل‌گیری	زمان تحویل‌دهی به OR	نوع تحویل‌دهی	نام بیمار	نام پزشک	
					عادی ☐ اورژانسی ☐			
بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر	
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر		
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	لیبل اندیکاتور		اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵			کاربر
			محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ پیش‌رونده			

تکمیل در صورت تحویل اورژانسی	تاریخ عمل		زمان عمل		شخص درخواست‌کننده برای تحویل اورژانسی	
	دلیل تحویل اورژانسی		نام تکمیل‌کننده:			
	روش جلوگیری از تحویل اورژانسی این ست		نام تکمیل‌کننده:			

ایمپلنت	نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی		زمان تحویل‌گیری	زمان تحویل‌دهی به OR	نوع تحویل‌دهی	نام بیمار	نام پزشک	
					عادی ☐ اورژانسی ☐			
بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر	
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر		
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	لیبل اندیکاتور		اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵			کاربر
			محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ پیش‌رونده			

تکمیل در صورت تحویل اورژانسی	تاریخ عمل		زمان عمل		شخص درخواست‌کننده برای تحویل اورژانسی	
	دلیل تحویل اورژانسی		نام تکمیل‌کننده:			
	روش جلوگیری از تحویل اورژانسی این ست		نام تکمیل‌کننده:			

نتایج آزمون بیولوژیک روتین استریلایزر

بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	دلیل مثبت شدن	تاریخ آخرین نتیجه منفی	لیبل اندیکاتور	کاربر	
					محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		

بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	دلیل مثبت شدن	تاریخ آخرین نتیجه منفی	لیبل اندیکاتور	کاربر	
					محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		

بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	دلیل مثبت شدن	تاریخ آخرین نتیجه منفی	لیبل اندیکاتور	کاربر	
					محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		

بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	دلیل مثبت شدن	تاریخ آخرین نتیجه منفی	لیبل اندیکاتور	کاربر	
					محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		

بارگذاری	لات اندیکاتور	لات سیکل	نوع استریلایزر	شماره استریلایزر	محل اندیکاتور در چمبر	تاریخ و زمان بارگذاری	کاربر
انکوباسیون	دمای انکوباسیون	طول زمان انکوباسیون	آغاز انکوباسیون	پایان انکوباسیون	محل انکوباتور	کاربر	
نتیجه	بدون رشد (منفی)	رشد (مثبت)	دلیل مثبت شدن	تاریخ آخرین نتیجه منفی	لیبل اندیکاتور	کاربر	
					محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک		

دستگاه شماره		بخش	تاریخ	روز هفته
بووی دیک	محل چسباندن اندیکاتور بووی دیک پیشرونده	ساعت شروع: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت پایان: کاربر:		
سیکل شماره ۱	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۲	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۳	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۴	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۵	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۶	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۷	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۸	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۹	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		
سیکل شماره ۱۰	محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی PCD کلاس ۵ یا ۶ پیشرونده	محل چسباندن لیبل یا نوشتن لات نامبر نتیجه: پاس ☐ غیر قابل قبول ☐ ساعت شروع: ساعت پایان: فشار: دما: کاربر:		

..... روز هفته		 تاریخ		 بخش		 دستگاه شماره			
سیکل شماره ۱ Lot No.		سیکل شماره ۲ Lot No.		سیکل شماره ۳ Lot No.		سیکل شماره ۴ Lot No.		سیکل شماره ۵ Lot No.	
کاربر		کاربر		کاربر		کاربر		کاربر	
سیکل شماره ۶ Lot No.		سیکل شماره ۷ Lot No.		سیکل شماره ۸ Lot No.		سیکل شماره ۹ Lot No.		سیکل شماره ۱۰ Lot No.	
کاربر		کاربر		کاربر		کاربر		کاربر	

ثبت وسایل تحویلی به بخش‌های مصرف‌کننده

[illegible]

صورت عملیات نگهداشت دستگاه استریلایزر

نام واحد:	نام و شماره دستگاه:	مدل دستگاه:	شماره سریال دستگاه:	تاریخ نصب:	تاریخ پایان گارانتی یا وارانتی:
کاربران آموزش دیده: شماره تماس خدمات پس از فروش:					
کاربر	مشکل دستگاه طبق نظر کاربر:				
	شخص تماس گیرنده: تاریخ و ساعت تماس درخواست سرویس :				
سرویس	خلاصه سرویس های انجام شده و قطعات تعویضی:				
	توصیه های سرویس دهنده: کارشناس سرویس دهنده:				
	تاریخ آغاز و اتمام سرویس: آیا خدمات انجام شده تعمیر کلی محسوب می گردد؟				
	بله خیر				
آزمون اندیکاتور بیولوژیک – آزمون بووی دیک – سه بار متوالی					
کنترل کیفی	بیولوژیک	نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم	
		محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک کاربر: تاریخ و ساعت سیکل: طول زمان انکوباسیون: نتیجه:	محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک کاربر: تاریخ و ساعت سیکل: طول زمان انکوباسیون: نتیجه:	محل چسباندن لیبل اندیکاتور بیولوژیک کاربر: تاریخ و ساعت سیکل: طول زمان انکوباسیون: نتیجه:	
		نوبت اول کاربر: تاریخ: ساعت سیکل:	محل چسباندن نوار اندیکاتور بووی دیک پیشرونده نتیجه: قابل قبول غیر قابل قبول		
		نوبت دوم کاربر: تاریخ: ساعت سیکل:	محل چسباندن نوار اندیکاتور بووی دیک پیشرونده نتیجه: قابل قبول غیر قابل قبول		
نوبت سوم کاربر: تاریخ: ساعت سیکل:	محل چسباندن نوار اندیکاتور بووی دیک پیشرونده نتیجه: قابل قبول غیر قابل قبول				

دستگاه شماره.....		بخش.....		تاریخ.....		روز هفته.....	
سیکل شماره ۱	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۲	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۳	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۴	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۵	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۶	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۷	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:
سیکل شماره ۸	محل چسباندن اندیکاتور واشینگ						ساعت شروع: ساعت پایان: نتیجه: قابل قبول ☐ غیر قابل قبول ☐ کاربر:

توصیه بر این است که اندیکاتور سیکل غیر قابل قبول را نگهداری نکنید، احتمال آلودگی وجود دارد

نتایج آزمون پروتئین بر روی ابزار پس از شستشو

آزمون	تاریخ آزمون	ساعت آزمون	محل انجام آزمون	ابزار/ ابزارهای مورد آزمون		مهر و امضای اپراتور
نتیجه	نقطه/ نقاط مورد آزمون بر روی ابزار:		نقطه اول:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		مهر و امضای مسئول بخش استریل مرکزی
			نقطه دوم:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		
توضیح						

آزمون	تاریخ آزمون	ساعت آزمون	محل انجام آزمون	ابزار/ ابزارهای مورد آزمون		مهر و امضای اپراتور
نتیجه	نقطه/ نقاط مورد آزمون بر روی ابزار:		نقطه اول:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		مهر و امضای مسئول بخش استریل مرکزی
			نقطه دوم:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		
توضیح						

آزمون	تاریخ آزمون	ساعت آزمون	محل انجام آزمون	ابزار/ ابزارهای مورد آزمون		مهر و امضای اپراتور
نتیجه	نقطه/ نقاط مورد آزمون بر روی ابزار:		نقطه اول:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		مهر و امضای مسئول بخش استریل مرکزی
			نقطه دوم:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		
توضیح						

آزمون	تاریخ آزمون	ساعت آزمون	محل انجام آزمون	ابزار/ ابزارهای مورد آزمون		مهر و امضای اپراتور
نتیجه	نقطه/ نقاط مورد آزمون بر روی ابزار:		نقطه اول:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		مهر و امضای مسئول بخش استریل مرکزی
			نقطه دوم:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		
توضیح						

آزمون	تاریخ آزمون	ساعت آزمون	محل انجام آزمون	ابزار/ ابزارهای مورد آزمون		مهر و امضای اپراتور
نتیجه	نقطه/ نقاط مورد آزمون بر روی ابزار:		نقطه اول:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		مهر و امضای مسئول بخش استریل مرکزی
			نقطه دوم:	نتیجه: ☐ آلوده ☐ تمیز		
توضیح						

فهرست زمان‌بندی آماده‌سازی ست‌ها در فرآیندهای استریلیزاسیون به منظور برنامه‌ریزی واحد مصرف‌کننده

در هر ستون، زمان لازم برای انجام را به دقیقه وارد نمایید

[illegible]